

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu dichromian 0,042 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 167411007

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

WYMAGANIA

Stężenie roztworu potasu dichromianu, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

0,04192-0,04208mol/dm³

Stężenie odważki wyznaczono za pomocą roztworu wzorcowego sodu tiosiarczanu
znormalizowanego za pomocą wzorca potasu jodanu SRM z NIST 136f
Miano wyznaczono w temp. w 20°C przy rozszerzonej niepewności pomiaru wynoszącej
± 0,004 (k = 2, współczynnik prawdopodobieństwa 95%).

