

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu dichromian $\frac{1}{60}$ mol/dm³
(0,1N) - odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 167411012

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu potasu dichromianu, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

$\frac{1}{60}$ mol/dm³±0,2%

*Stężenie odważki wyznaczono za pomocą roztworu wzorcowego sodu tiosiarczynu znormalizowanego
za pomocą wzorca potasu jodanu SRM z NIST 136f
Miano wyznaczono w temp. w 20°C przy rozszerzonej niepewności pomiaru wynoszącej
± 0,004 (k = 2, współczynnik prawdopodobieństwa 95%).*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.