

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodorotlenek 0,1 mol/dm³ -
odważka analityczna z odniesieniem
do SRM z NIST**
Nr kat. 167468242

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu potasu wodorotlenku, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0998 – 0,1002 mol/dm³

*Stężenie odważki wyznaczono za pomocą roztworu wzorcowego kwasu chlorowodorowego
znormalizowanego za pomocą wzorca Tris (hydroksymetylo) aminometan SRM z NIST 723e
Miano wyznaczono w temp. w 20°C przy rozszerzonej niepewności pomiaru wynoszącej
± 0,004 (k = 2, współczynnik prawdopodobieństwa 95%).*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.