

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu chlorek 0,25 mol/dm³ -
odważka analityczna**
Nr kat. 167941408

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu sodu chlorku, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,2495 – 0,2505 mol/dm³



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.