

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu tiosiarczan 0,1 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168096014

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu sodu tiosiarczanu, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0998 – 0,1002 mol/dm³

Wynik stężenia sodu tiosiarczanu otrzymano stosując potasu jodan,
mający odniesienie do wzorca SRM NIST 136e.