

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu wodorotlenek 0,025 mol/dm³
odważka analityczna
Nr kat. 168109346

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu sodu wodorotlenku, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,02495 – 0,02505 mol/dm³

