

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu wodorotlenek 0,05 mol/dm³ -
odważka analityczna**
Nr kat. 168109343

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu sodu wodorotlenku, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0499 – 0,0501 mol/dm ³



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.