

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu wodorotlenek 0,1mol/dm³ -
odważka analityczna z odniesieniem
do SRM z NIST**

Nr kat. 168109345

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu sodu wodorotlenku, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0998 – 0,1002mol/dm ³

Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.