

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu wodorotlenek 0,5mol/dm³ -
odważka analityczna z odniesieniem
do SRM z NIST**
Nr kat. 168109349

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu sodu wodorotlenku, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,499 – 0,501mol/dm³

*Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do
standardowych materiałów referencyjnych NIST*

