

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu węglan 0,05 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168105935

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu sodu węglanu, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0499 – 0,0501 mol/dm³

*Stężenie odważki wyznaczono za pomocą roztworu wzorcowego kwasu chlorowodorowego
znormalizowanego za pomocą wzorca Tris (hydroksymetylo) aminometan SRM z NIST 723e
Miano wyznaczono w temp. w 20°C przy rozszerzonej niepewności pomiaru wynoszącej
± 0,004 (k = 2, współczynnik prawdopodobieństwa 95%).*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętka i podpisu.