

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Wapnia chlorek 0,1 mol/dm<sup>3</sup> -  
odważka analityczna**  
Nr kat. 168750834

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

Stężenie roztworu wapnia chlorku, po rozcieńczeniu  
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

### WYMAGANIA

0,0998 – 0,1002 mol/dm<sup>3</sup>



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.