

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Roztwór buforowy amoniakalny
do kompleksometrii
(amonu chlorek/amoniak)**
Nr kat. 177664832

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	10,0 – 11,0	10,012

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.