

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl      chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**0,1M PBS, pH = 6,1**

*PBS 0,1M zbuforowany roztwór soli  
fizjologicznej*  
Nr kat. 177664837

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	6,10±0,02	6,106
Skład:		
• sodu chlorek	wg przepisu	zgodny
• potasu chlorek	wg przepisu	zgodny
• di-sodu wodorofosforan 7H <sub>2</sub> O	wg przepisu	zgodny
• potasu diwodorofosforan	wg przepisu	zgodny
• woda demi.	wg przepisu	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.