

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 6
(cytrynianowy $0,05\text{mol/dm}^3$)
Nr kat. 177657797

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	$6,00 \pm 0,05$	6,001
Stężenie cytrynianu	$0,0498 - 0,0502 \text{ mol/dm}^3$	zgodny

Partia:

