

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Roztwór buforowy pH 7,7**  
**PBS 0,1 mol/dm<sup>3</sup>**  
(fosforanowy)  
Nr kat. 177664841

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	7,70±0,02	7,705
Skład	wg przepisu	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.