

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy pH 8,0

Tris – HCl 0,1 mol/l

Nr kat. 177665013

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 6 miesięcy od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	8,00±0,05	8,012
Tris - HCl	0,0996 – 0,1004 mol/dm ³	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.