

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Papierki wskaźnikowe 0-10

Nr kat. 429991353

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 3 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zakres zmiany barwy przy pH 0-10	wg skali barw na opakowaniu	zgodny

Do sprawdzenia skali zmiany barwy użyto wzorcowych roztworów buforowych firmy Merck o pH w zakresie 0-10

