

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Papierki wskaźnikowe 1-12**

Nr kat. 429991355

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 3 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zakres zmiany barwy przy pH 1-12	wg skali barw na opakowaniu	zgodny

*Do sprawdzenia skali zmiany barwy użyto wzorcowych roztworów buforowych firmy Merck o pH w zakresie 1-12*

