

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Papierki wskaźnikowe 4,8 – 6,8**

Nr kat. 429991359

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 3 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zakres zmiany barwy przy		
pH 4,8 – 6,8	wg skali barw na opakowaniu	zgodny

*Do sprawdzenia skali zmiany barwy użyto wzorcowych roztworów buforowych o pH w zakresie 4,5 – 7,1 pod kontrolą pH-metru*