

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

n-Pentan

Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 117179209

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,0%	99,2%
Gęstość (20°C)	0,628 – 0,632g/cm ³	0,632g/cm ³
Woda (KF)	max. 0,02%	0,008%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0004meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,001%	0,0009%
Al (Glin)	max. 0,0001%	0,00005%
Ba (Bar)	max. 0,00005%	0,00004%
Ca (Wapń)	max. 0,0001%	0,00004%
Cd (Kadm)	max. 0,00005%	0,00003%
Co (Kobalt)	max. 0,00001%	0,00001%
Cr (Chrom)	max. 0,00005%	0,00002%
Cu (Miedź)	max. 0,00001%	0,00001%
Fe (Żelazo)	max. 0,00001%	0,00001%
Mn (Mangan)	max. 0,00005%	0,00004%
Ni (Nikiel)	max. 0,00005%	0,00004%
Pb (Ołów)	max. 0,00001%	0,000008%
S (Siarka)	max. 0,001%	0,0007%
Sn (Cyna)	max. 0,00005%	0,00005%
Zn (Cynk)	max. 0,0001%	0,00007%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.