

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Potasu chlorek

Gatunek: do spektroskopii FTIR

Nr kat. 427397402

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	biały, krystaliczny proszek	
Zawartość	min. 99,8%	99,9%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,004%
pH (5%, 20°C)	5,5 – 8,0	7,2
Azot ogólny (N)	max. 0,001%	0,0007%
Bromki (j. Br)	max. 0,005%	0,004%
Fosforany (PO <sub>4</sub> )	max. 0,0005%	0,0004%
Jodki (I)	max. 0,002%	0,002%
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,002%	0,001%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	0,0004%
Ba (Bar)	max. 0,001%	0,0008%
Ca (Wapń)	max. 0,001%	0,0004%
Fe (Żelazo)	max. 0,0002%	0,0001%
Mg (Magnez)	max. 0,001%	0,0008%
Na (Sód)	max. 0,1%	0,08%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.