

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodoroftalan roztwór
mianowany 0,05mol/dm³**

Nr kat. 817422602

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0498 – 0,0502mol/dm ³	0,05008mol/dm ³

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.