

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodorotlenek roztwór
mianowany 0,1mol/dm³**
(z odniesieniem do SRM z NIST)
Nr kat. 817468037

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0, 1004mol/dm ³	0,1002mol/dm ³

Partia:

Stężenie roztworu wyznaczono za pomocą roztworu wzorcowego kwasu chlorowodorowego znormalizowanego za pomocą wzorca Tris (hydroksymetylo) aminometan SRM z NIST 723e
Miano wyznaczono w temp. w 20°C przy rozszerzonej niepewności pomiaru wynoszącej $\pm 0,004$ ($k = 2$, współczynnik prawdopodobieństwa 95%).

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.