

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Roztwór do czyszczenia elektrod
z osadu białkowego**
Nr kat. 328806754

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Kwas solny	0,0996 – 0,1004 mol/dm ³	zgodny
Pepsyna	1,0%±0,1%	zgodny

Partia:

