

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór wzorcowy
jonów niklu (Ni²⁺) 1 g/l
Nr. kat. 328804735

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Stężenie Ni ²⁺ we wzorcu	1,0g/l±0,001g/l 1000mg/l ± 1mg/l	zgodny

Partia:

