

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Selen

Nr kat. 117756054

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	szary do czarnego proszek lub drobne granulki	
Zawartość	min. 99,0%	zgodny
Pozostałość po prażeniu	max. 0,5%	zgodny
Cu (Miedź)	max. 0,005%	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,05%	zgodny
Pb (Ołów)	max. 0,05%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.