

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-Sodu tetraboran bezwodny

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 117960803

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbardne kryształy lub biały, krystaliczny proszek	
Zawartość	min. 99,0%	99,9%
Substancje nierozpuszczalne w H ₂ O	max. 0,005%	0,004%
pH (2,5%, H ₂ O, 20°C)	9,15 – 9,20	9,18
Chlorki (Cl)	max. 0,0005%	0,0002%
Fosforany (PO ₄)	max. 0,0005%	0,0004%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,005%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	0,0008%
Ca (Wapń)	max. 0,0005%	0,0003%
Fe (Żelazo)	max. 0,00001%	0,00001%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.