

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu tiosiarczan roztwór
mianowany 0,1 mol/dm³ z
odniesieniem do SRM z NIST**

(stabilizowany sodu węglanem)

Nr kat. 818095789

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
| Miano roztworu (20°C) | 0,0996 – 0,1004 mol/dm ³ | 0,1001 mol/dm ³ |

Partia:

Wynik stężenia sodu tiosiarczanu otrzymano stosując potasu joda, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 136e.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.