

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sudan III
Nr kat. 128201105

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Procentowy współczynnik absorpcji (1%; 1cm)	min. 750	zgodny
Maximum absorpcji	508 – 521nm	zgodny
Współczynnik max. absorpcji P +/- 15	0,94 – 1,01nm	zgodny
Jednorodność chromatograficzna (TLC)	wg przepisu	zgodny
Straty po suszeniu (135°C)	max. 2,0%	zgodny

Partia:

