

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Trietyloamina

Gatunek: do chromatografii gazowej (GC)
Nr kat. 618489308

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość	min. 99,0%	99,80%
Woda	max. 0,05%	0,006%
Pozostałość po odparowaniu (j. SO ₄)	max. 0,005%	0,004%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0003meq/g

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.