

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl      chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Woda destylowana demi.**  
(woda odpowiada 2. stopniu czystości wg  
PN-EN ISO3696)  
Nr kat. 524912017

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii,  
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu  
powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego	max. 1mg/l	zgodny
Chlorki (Cl)	wg przepisu	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	wg przepisu	zgodny
Węglany	max. 100mg/l	zgodny
Związki wapnia i magnezu	wg przepisu	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	wg przepisu	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (20°C)	max. 0,1mS/m (max. 1μS/cm)	0,08mS/m (0,8μS/cm)*

Partia:

\*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana przy odpowiednim przechowywaniu wody w pojemniku szczelnie zamkniętym

*Woda odpowiada wodzie stosowanej w laboratoriach analitycznych  
o stopniu czystości 2. zgodnie z normą PN-EN ISO3696*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.