

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Woda destylowana sp.cz.
(wolna od amoniaku)
Nr kat. 524912015

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii,
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu
powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego	max. 1mg/l	zgodny
Fenole	wg przepisu	zgodny
Wolny chlor (Cl ₂)	wg przepisu	zgodny
Chlorki (Cl)	wg przepisu	zgodny
Amoniak (NH ₃)	nie zawiera	zgodny
Siarczany (SO ₄)	wg przepisu	zgodny
Związki wapnia i magnezu	wg przepisu	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 10 µg/ml	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (20°C)	max. 4 µS/cm	0,8 µS/cm*

Partia:

*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana do pierwszego otwarcia pojemnika.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.