

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Woda destylowana** ***(wolna od azotanów)***

Gatunek: sp. cz.  
Nr kat. 524912012

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii,  
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu  
powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Fenole	wg przepisu	zgodny
Wolny chlor (Cl <sub>2</sub> )	wg przepisu	zgodny
Chlorki (Cl)	wg przepisu	zgodny
Azotany (NO <sub>3</sub> )	wg przepisu	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	wg przepisu	zgodny
Związki wapnia i magnezu	wg przepisu	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 10µg/ml	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (20°C)	max. 5µS/cm	1,3µS/cm*

Partia:

\*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana do pierwszego otwarcia pojemnika

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.