

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Woda destylowana
(wolna od tlenu węgla (IV))
Nr kat. 524912008

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii,
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu
powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Siarczany (SO ₄)	wg przepisu	zgodny
Związki wapnia i magnezu	wg przepisu	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	wg przepisu	zgodny
Odczyn	obojętny	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (20°C)	max. 5μS/cm	1,3μS/cm*

Partia:

*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana do pierwszego otwarcia pojemnika.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.