

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Woda o stopniu czystości 1
zgodna z normą EN ISO 3696
Nr kat. 524912026

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
pH (25°C)	nie ma zastosowania	–
Przewodność elektrolityczna właściwa (25°C)	0,01mS/m	zgodny
Zawartość substancji podatnych na utlenienie	nie ma zastosowania	–
Absorbancja (254nm, 1cm)	0,001	zgodny
Pozostałość po odparowaniu (110°C)	nie ma zastosowania	–
Zawartość krzemionki (SiO ₂)	0,01mg/l	zgodny

Partia:

Może być użyta w technikach chromatograficznych

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.