

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Woda o stopniu czystości 2**  
**zgodna z normą EN ISO 3696**  
Nr kat. 524912027

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
pH (25°C)	nie ma zastosowania	–
Przewodność elektrolityczna właściwa (250°C)	0,1mS/m	zgodny
Zawartość substancji podatnych na utlenienie	0,08mg/l(O)	zgodny
Absorbancja (254nm, 1cm)	0,01	zgodny
Pozostałość po odparowaniu (110°C)	1mg/kg	zgodny
Zawartość krzemionki (SiO <sub>2</sub> )	0,02mg/l	zgodny

Partia: