

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Woda ultraczysta, sterylna do biologii molekularnej**  
**(wolna od DNaz i RNaz)**  
Nr kat. 524912025

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii,  
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (25°C)	max. 0,055µS/cm	0,045µS/cm*
Oporność	min. 18,2MΩ*cm	zgodny
Poziom TOC	max. 5ppb	zgodny
Poziom bakterii	max. 0,1cfu/ml	zgodny
Cząstki stałe ( wielkość >0,22µm)	max. 1cząstka/ml	zgodny

Partia:

\*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana do pierwszego otwarcia pojemnika.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.