

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Woda z dodatkiem 0,1% (V/V)
kwasu trifluorooctowego**
Gatunek: do chromatografii HPLC
Nr kat.

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii,

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna ciecz	
Kwas trifluorooctowy 0,1%	wg przepisu	zgodny
Tożsamość	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0002%
Test gradientowy 210nm – najmniejszy pik	max. 10mAU	8,9mAU
Test gradientowy 254nm – największy pik	max. 2mAU	1,2mAU
Filtracja (0,2µm)	odpowiada	odpowiada

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.