

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **di-Amonu wodorofosforan cz.** di-Ammonium hydrogen phosphate pure

	<u>wymagania:</u>	<u>wynik badania:</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Subst. nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,01%	zgodny
pH 5% r-ru	7,8÷8,3	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,01%	zgodny
Azotany (NO <sub>3</sub> )	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe, III)	max. 0,002%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0001%	zgodny
Sód (Na)	max. 0,02%	zgodny
Potas (K)	max. 0,02%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbardwy kryształ lub biały krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: