

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu winian L(+) cz.d.a Ammonium tartrate L(+) pure p.a

	<u>wymagania:</u>	<u>wynik badania:</u>
Zawartość	min. 99%	99,6%
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,05%	0,04%
pH (5%, H ₂ O)	5 - 7	5,5
Chlorki (Cl)	max. 0,005%	0,004%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,005%
Cynk (Zn)	max. 0,005%	0,004%
Kadm (Cd)	max. 0,005%	0,003%
Kobalt (Co)	max. 0,005%	0,003%
Miedź (Cu)	max. 0,005%	0,001%
Nikiel (Ni)	max. 0,005%	0,002%
Ołów (Pb)	max. 0,005%	0,001%
Potas (K)	max. 0,01%	0,007%
Sód (Na)	max. 0,01%	0,002%
Wapń (Ca)	max. 0,005%	0,005%
Żelazo (Fe)	max. 0,005%	0,005%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: