

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Antymonu (III) chlorek cz.** Antimony (III) chloride pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,02%	zgodny
Ołów (Pb)	max. 0,005%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,002%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: