

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Acetonitryl HPLC - Super Gradient

#### Acetonitrile HPLC - Super Gradient

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,95%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,015%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0004%

#### UV - transmisja (1cm, woda):

190 nm	min. 30%	30,3%
195 nm	min. 80%	81,5%
200 nm	min. 93%	93,2%
220 nm	min. 98%	98,8%
230 nm	min. 99%	99,2%

#### Test gradientowy (210 nm)

Największy pik	max. 3 mAU	2,2 mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	12,3 mAU

#### Fluorescencja (j. chinina)

365 nm	max. 1 ppb	1 ppb
Filtracja (0,2µm)	odpowiada	odpowiada

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: