

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Chromu(VI) tlenek cz.d.a
(bezwodnik chromowy)
Chromium(VI) oxide pure p.a

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,0%	99,7%
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,004%	0,004%
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	0,002%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,03%	0,03%
Substancje strącalne NH ₄ OH	max. 0,03%	0,03%
Sód, potas, wapń, magnez (Na+K+Ca+Mg)	max. 0,06%	0,05%
Wygląd zewnętrzny	brązowoczerwony lub fioletowy kryształ	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji: 02/2014

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: 13-21617