

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Błękit bromotymolowy roztwór 0,1% w etanolu Bromothymol blue solution 0,1% in ethanol

wymagania

wynik badania

Zawartość barwnika podstawowego	ok. 1 g/l
Zmiana barwy w zakresie pH	5,8 ÷ 7,6 (żółta → niebieska)

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: