

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Błękit bromotymolowy roztwór 1,5% w etanolu

Bromothymol blue solution 1,5% in ethanol

wymagania

wynik badania

Zawartość barwnika podstawowego

ok. 15 g/l

Zmiana barwy w zakresie pH

5,8 ÷ 7,6 (żółta → niebieska)

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: