

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Błękit bromotymolowy roztwór 1%** Bromothymol blue solution 1%

|                            | <u>wymagania</u>              | <u>wynik badania</u> |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Zawartość                  | 1 ± 0,1%                      | 1,02%                |
| Zmiana barwy w zakresie pH | 6,0 ÷ 7,6 (żółta → niebieska) |                      |

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: