

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**n-Butylu octan cz.**  
n-Butyl acetate pure  
*kwasy octowego butylowy ester*

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Gęstość (20°C)	0,876 - 0,882 g/cm <sup>3</sup>	zgodny
Woda	max. 0,1%	zgodny
Wolne kwasy (j. CH <sub>3</sub> COOH)	max. 0,01%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,01%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: