

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Czterochloroetylen sp. cz.** Tetrachloroethylene special grade

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,9%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,01%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0004 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0004%
<b><u>UV - transmisja (1cm, woda):</u></b>		
290 nm	min. 15%	15,2%
295 nm	min. 60%	60,6%
310 nm	min. 85%	85,6%
350 nm	min. 89%	90,2%
400 nm	min. 95%	95,3%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji: 03/2010

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: