

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1,2-dichloroetan *(etylenu chlorek)*

Gatunek: cz.d.a.
 Nr kat. 113192005

Odbiorca:
 Seria:
 Data nadania serii:
 Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,5%	99,99%
Gęstość (20°C)	1,246 -1,255 g/cm ³	1,248 g/cm ³
Woda	max. 0,03%	0,0015%
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,001%	0,0003%
Substancje red. KMnO ₄ (j. O)	max. 0,001%	0,0004%
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,002%	0,0009%
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,0001%
Ca (Wapń)	max. 0,00005%	0,00002%
Cd (Kadm)	max. 0,000005%	0,000004%
Co (Kobalt)	max. 0,000002%	0,000001%
Cr (Chrom)	max. 0,000002%	0,000001%
Cu (Miedź)	max. 0,0000002%	0,0000001%
Fe (Żelazo)	max. 0,00001%	0,000004%
Mg (Magnez)	max. 0,00001%	0,000009%
Mn (Mangan)	max. 0,0000002%	0,0000001%
Ni (Nikiel)	max. 0,0000002%	0,0000002%
Pb (Ołów)	max. 0,00001%	0,000005%
Zn (Cynk)	max. 0,00001%	0,000008%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
 Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.