

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1,2-dichloroetan ocz.
1,2-dichloroethane technical grade
(etylenu chlorek)

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99%	zgodny
Gęstość (20°C)		ok. 1,250 g/cm ³
Woda	max. 0,05%	zgodny
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,005%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,01%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: